

EX-TEC OD 4

Сертификат ТР ТС № RU C-DE.AB24.B.03238
серия RU № 0348296:

«О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах»
(ТР ТС 012/2011):
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0-98),
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1-98),
ГОСТ 30852.8-2002,
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11-99).

Степень защиты прибора согласно требованиям ЕС:

TÜV 01 ATEX 1657 II 2G Ex e ib IIB T4 Gb,
TÜV 01 ATEX 1657 II 2G Ex e ib IIC T4 Gb,

Температура работы / хранения: - 10 °С – + 40 °С (-25 °С – +55 °С)
Допустимая отн. влажность: 10 – 95 RH% без конденсации



1 Газоанализатор для измерения одоранта

EX-TEC OD 4 (ТВТ) со встроенным насосом

- базовый прибор со встроенным сенсором и насосом
- в комплекте 3 NiMH аккумуляторных батареи
- инструкция на двух языках (английский / русский)



Part-No. OD04-11102

2 Виды адаптеров / переходники / соединительные принадлежности

Насадка на колпачок прибора OD 4

- для соединения с шлангом



Part-No. PP01-B1300

Набор из 4 соединительных шлангов

- доступные диапазоны
 - голубой: 50 – 125 мБар
 - зеленый: 125 – 400 мБар
 - желтый: 400 – 1,000 мБар
 - красный: 1,000 – 2,000 мБар



Part-No. OT01-Z1000

Мини-адаптер

- для соединения трубы с соединительным шлангом
- резьба: M16 x 2 / внутренняя



Part-No. ZZ20-10000

3 Приспособления для зарядки (нужно выбрать один из вариантов)

Док-станция HG4

- для зарядки одного прибора (единовременно)
- используется с AC/DC адаптер M4



Part-No. LP10-10001

Док-станция HG4 с выходом на ПК

- для зарядки одного прибора (единовременно)
- для снятия показаний с прибора и их документации через ПК
- наличие ПО для ПК необходимо (в доступе на сайте производителя)
- кабель поставляется с док-станцией в комплекте. RS 232
- используется с AC/DC адаптер M4



Part-No. LP10-10101

AC/DC адаптер M4

- входной: 100 – 240 В ~
- выходной: 12 В = / 1.5 А
- версия розетки: EURO



Part-No. LD10-10001

4 Приспособления для переноски

Кейс HG4

- с отсеками для транспортировки и хранения принадлежностей и аксессуаров к прибору
- размеры кейса.: 47 x 37 x 11 см



Part-No. ZD18-10000

5 Техника для тестирования (калибровки) – рекомендована

Тестовый набор SPE OD

- доступен только для приборов серии EX-TEC OD 4
- для юстировки и контроля чувствительности сенсора (ТНТ или ТВМ)
- строенный манометр (0 – 16 Бар) для информации о давлении газа в баллоне тестового газа



Part-No. PP01-50100

Манометр для баллона с тестовым газом

- манометр 0 – 16 Бар
- необходим адаптер для газового баллона



Part-No. PP01-Z0100

6 Расходные материалы

Набор сменных фильтров для насоса HG4

- поставляются в пакете
- количество в упаковке: 30 шт.



Part-No. 2498-0003

7 ПО для документирования измерений и переноса данных на ПК

GasIS (Программное Обеспечение)

- для документирования измерений и переноса данных на ПК

Part-No. AS09-10000